



STRANFFORD TEXTIL S.L

Tel : +34 967 219 620

Fax : +34 967 52 30 08

Parque Empresarial Campollano Av. 5ª nº14

02007 ALBACETE

NIF: B-02223485

FICHA TECNICA

CE 0161
CAT III

*MASCARILLA PROTECCION **FFP2***

FABRICANTE :	STRANFFORD TEXTIL S.L
CLASIFICACION SEGÚN LA NORMA :	EN 149:2001 + A1:2009
TIPO :	MASCARILLA FILTRANTE - NR FFP2
CERTIFICADO CE 0161 :	CERTIFICACION Nº20/3327/00/0161 (AITEX)
REFERENCIA MASCARILLA :	03021960

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

*COMPOSICION MASCARILLA 5 CAPAS :

1ª CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND

2ª CAPA MELT-BLOWN

3ª CAPA AIR COTTON

4ª CAPA MELT-BLOWN

5ª CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND

*DOBLE GOMA DE AJUSTE SIN LATEX

*CLIP NASAL PARA AJUSTE

*MASCARILLA NO REUTILIZABLE

INFORME DE ENSAYO AITEX Nº2020EC4248

INSPECCION VISUAL : *CUMPLE*

PENETRACION DEL FILTRO CON ACEITE PARAFINA : *97,4% CUMPLE*

PENETRACION DEL FILTRO CON CLORURO SODICO : *99,4% CUMPLE*

CONTENIDO DE CO2 EN AIRE INHALADO : *CUMPLE*

RESISTENCIA A LA RESPIRACION : *2,2 l/m CUMPLE*

INFLAMABILIDAD : *CUMPLE*

DETERMINACION DE LA FUGA HACIA EL INTERIOR : *CUMPLE*

COMPORTAMIENTO PRACTICO : *CUMPLE*



INSTRUCCIONES DE USO

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de las mascarillas están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

*Almacenamiento en interiores con humedad inferior al 80% sin gases corrosivos y bien ventilado, lejos del calor.



ETIQUETADO Y EMBALAJE DEL PRODUCTO

El etiquetado del producto cumple con los requisitos de la normativa EN 149:2001+A1:2009.

Embalaje en cajas de 20 unidades embolsadas individualmente.

Contenido de caja : 27 cajas de 20u total 540u.

DISEÑO MASCARILLA Y EMBALAJE



CONTROL SUPERVISADO DEL PRODUCTO

SEGÚN MÓDULO C2, REGLAMENTO 2016/425

EPI TIPO : MEDIA MÁSCARA FILTRANTE

REFERENCIA: 03021960 solamente en el color blanco.

Nº INFORME : 2022EC6012

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA

Según el Informe 2022EC6012 de fecha 21/01/2022

Que la producción de EPI Tipo 03021960 solamente en el color blanco.

Presentado por la sociedad:

STRANFFORD TEXTIL , S.L.

P.I. CAMPOLLANO AVDA. 3ªESQUINA CON CALLE F

ES-02007 Albacete

Albacete

Es homogénea y conforme con el Certificado UE de Tipo 20/3327/01/0161
Expedido el 24/09/2021

Fecha de expedición
21/01/2022

Fecha de expiración
21/01/2023

ALCOY, 21 de enero de 2022



Date: 21/01/2022 13:25:25

Digitally Signed by: SILVIA DEVESA VALENCIA -

NIF: 21657673E

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

* Fecha (dd/mm/aaaa)



CERTIFICADO Nº 20/3327/00/0161

EPI TIPO MEDIA MÁSCARA FILTRANTE

REFERENCIA: 03021960



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:

STRANFFORD TEXTIL , S.L.

P.I. CAMPOLLANO AVDA. 3ª ESQUINA CON CALLE F

ES-02007 ALBACETE

Albacete

En calidad de fabricante



CERTIFICADO N° 20/3327/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

Destinado a la protección respiratoria, según la/s Norma/s:

- EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas”, como clase FFP2.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad N° **2020EC4249UE** y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:

Media máscara de filtración de partículas, sin válvula de exhalación que cubre boca, nariz y mentón, color blanco

La media máscara filtrante posee dos bandas de ajuste elástico de cabeza y clip nasal.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad n° 2020EC4249UE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Digitally Signed by: Silvia Devesa

Date: 27/10/2020 11:47:08

Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Fecha de expedición del Certificado: 27 de octubre de 2020

Fecha de expiración: 27 de octubre de 2025